


Приложение 1



где $A=10\text{мм}$;
 B (монтажная длина)= 115мм ;
 $C=120\text{мм}$;
 D —(длина чувствительного элемента нам неизвестна)

Данные размеры были измерены на одном из термометров ТСМ-50. (На шильдике он обозначен как ТСМ-1088).